

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**

(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 04.06.2019 г.

Номер ГСО по Госреестру СО: ГСО 5343-90/5347-90

Количество СО в комплекте: 5

Наименование СО: СО ТЕМПЕРАТУРЫ ВОСПЛАМЕНЕНИЯ (УГЛЕВОДОРОДЫ)
комплект ТВО

Назначение СО:

СО предназначены для контроля правильности результатов измерений по ГОСТ 4333-87 и ГОСТ 12.1.044-84, аттестации и поверки приборов, реализующих этот метод.

Номер свидетельства (сертификата): 0

Действителен до: 01.06.2000

Описание СО:

комплект состоит из пяти образцов. СО представляют собой углеводороды парафинового ряда, расфасованные в стеклянные ампулы по 75 см³.

Страна изготовитель ГСО: Россия

Изготовитель(и):

УНИ

Страна-импортер:

Организация-импортер:

Форма выпуска (ввоза): серийное повторяющимися партиями

Способ установления аттестованного значения: межлабораторный эксперимент

Срок годности экземпляра СО: 2 года

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование аттестуемой характеристики:

температура воспламенения, град. Цельсия

Индекс СО	Аттестованная характеристика	Влияющие величины	Аттестованное значение	Единица величины	Границы погрешности $\pm\Delta^*$	***
01	Температура воспламенения		-5.0-0	град. Цельсия	4.0	А

02	Температура воспламенения		40.0-50.0	град. Цельсия	4.0	А
03	Температура воспламенения		90.0-100.0	град. Цельсия	4.0	А
04	Температура воспламенения		100.0-110.0	град. Цельсия	4.0	А
05	Температура воспламенения		130.0-140.0	град. Цельсия	4.0	А

* при доверительной вероятности 0.95

*** А - абсолютная, О - относительная.