

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**

(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 04.06.2019 г.

Номер ГСО по Госреестру СО: ГСО 5339-90/5342-90

Количество СО в комплекте: 4

Наименование СО: СО ФРАКЦИОННОГО СОСТАВА АСБЕСТА ХРИЗОТИЛОВОГО
ТИПА К (комплект К-1-К-4)

Назначение СО:

СО предназначен для аттестации установок для определения фракционного состава (фракций более 12,7; 4,8; 1,35 мм и не менее 0,4 мм) асбеста сухим методом (с контрольными аппаратами). Установки служат для испытания готовой продукции-асбеста хризотилового по ГОСТ 25984.1-83.

Номер свидетельства (сертификата): 0

Действителен до: 01.06.1995

Описание СО:

комплект состоит из четырех образцов. СО изготовлены в виде измельченного асбеста первой, третьей, пятой и шестой групп, расфасованного в двойные полиэтиленовые пакеты по 1050 г (2 пробы по 500 г для параллельных определений).

Страна изготовитель ГСО: Россия

Изготовитель(и):

ВНИИПРОЕКТАСБЕСТ

Страна-импортер:

Организация-импортер:

Форма выпуска (ввоза): серийное повторяющимися партиями

Способ установления аттестованного значения: применение аттестованных методик измерений

Срок годности экземпляра СО: 5 лет

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование аттестуемой характеристики:

массовая доля фракций, %

Индекс	Аттестованная	Влияющие	Аттестованное	Единица	Границы	***
--------	---------------	----------	---------------	---------	---------	-----

СО	характеристика	величины	значение	величины	погрешности $\pm\Delta^*$	
01	Фракция		93.3	%	1.3-2.2	А
02	Фракция		2.6	%	0.1-0.2	А
02	Фракция		31.0	%	0.8-1.4	А
02	Фракция		61.1	%	0.8-1.4	А
03	Фракция		6.9	%	0.2-0.3	А
03	Фракция		51.0	%	0.7-1.2	А
04	Фракция		12.8	%	0.3-0.5	А
04	Фракция		44.0	%	0.6-1.0	А

* при доверительной вероятности 0.95

*** А - абсолютная, О - относительная.