

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**

(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 04.06.2019 г.

Номер ГСО по Госреестру СО: ГСО 5336-90/5338-90

Количество СО в комплекте: 3

Наименование СО: СО СТЕПЕНИ РАСПУШКИ АСБЕСТА ХРИЗОТИЛОВОГО ТИПА Р
(комплект Р-1 - Р-3)

Назначение СО:

СО предназначены для аттестации установок с прибором ПРА-1 или ПРА-2, служащих для определения степени распушки асбеста хризолитового при испытании готовой продукции - асбеста хризолитового по ГОСТ 25984.3-83.

Номер свидетельства (сертификата): 0

Действителен до: 01.06.1995

Описание СО:

комплект состоит из трех образцов. СО изготовлены в виде измельченного асбеста, расфасованного в полиэтиленовые пакеты по 210 г.

Страна изготовитель ГСО: Россия

Изготовитель(и):

ВНИИПРОЕКТАСБЕСТ

Страна-импортер:

Организация-импортер:

Форма выпуска (ввоза): единичное

Способ установления аттестованного значения: применение аттестованных методик измерений

Срок годности экземпляра СО: 5 лет

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование аттестуемой характеристики:

степень распушки асбеста хризолитового, кПа

Индекс СО	Аттестованная характеристика	Влияющие величины	Аттестованное значение	Единица величины	Границы погрешности $\pm\Delta^*$	***
--------------	---------------------------------	----------------------	---------------------------	---------------------	---	-----

01	Степень распушки		59.1	кПа	0.9	А
02	Степень распушки		81.7	кПа	0.7	А
03	Степень распушки		93.6	кПа	0.9	А

* при доверительной вероятности 0.95

*** А - абсолютная, О - относительная.