

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**

(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 04.06.2019 г.

Номер ГСО по Госреестру СО: ГСО 5307-90

Количество СО в комплекте: 1

Наименование СО: СО СОСТАВА ТРАНС-2-БУТЕНА

Назначение СО:

СО предназначен для поверки и градуировки газохроматографической аппаратуры и аттестации хроматографических методик.

Номер свидетельства (сертификата): 0

Действителен до: 01.06.2000

Описание СО:

материал СО представляет собой газ, помещенный в баллончики емкостью 100 см³.

Страна изготовитель ГСО: Россия

Изготовитель(и):

ВНИИУС

Страна-импортер:

Организация-импортер:

Форма выпуска (ввоза): серийное повторяющимися партиями

Способ установления аттестованного значения: использование государственных эталонов единиц величин

Срок годности экземпляра СО: 1 год

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование аттестуемой характеристики:

молярная доля транс-2-бутена, %

Индекс СО	Аттестованная характеристика	Аттестованное значение	Единица величины	Границы погрешности $\pm\delta^*$	***
01	транс-2-бутен	99.5	%	0.1	О

* при доверительной вероятности 0.95

*** А - абсолютная, О - относительная.