

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**

(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 04.06.2019 г.

Номер ГСО по Госреестру СО: ГСО 5284-90/5287-90

Количество СО в комплекте: 4

Наименование СО: СО СОСТАВА ВОДНОГО РАСТВОРА ИОНОВ АЛЮМИНИЯ
(комплект АЛ)

Назначение СО:

СО предназначены для градуировки фотоколориметров ФЭК 56М при определении массовой доли алюминия в дизельном топливе и маслах с присадками АЛП-2 (4).

Номер свидетельства (сертификата): 0

Действителен до: 01.06.1995

Описание СО:

комплект состоит из четырех образцов. СО изготовлены в виде водных растворов азотнокислой соли алюминия, расфасованных в стеклянные ампулы по 2 см³.

Страна изготовитель ГСО: Россия

Изготовитель(и):

УНИ

Страна-импортер:

Организация-импортер:

Форма выпуска (ввоза): серийное повторяющимися партиями

Способ установления аттестованного значения: применение аттестованных методик измерений

Срок годности экземпляра СО: 2 года

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование аттестуемой характеристики:

массовая доля ионов алюминия, мкг/см³

Индекс СО	Аттестованная характеристика	Аттестованное значение	Единица величины	Границы погрешности $\pm \Delta^*$	***
01	Al (III) - ион	24.0-26.0	мкг/см ³	0.97-1.00	А

02	Al (III) - ион	48.0-52.0	мкг/см3	1.50-1.70	A
03	Al (III) - ион	72.0-77.0	мкг/см3	2.20-2.50	A
04	Al (III) - ион	97.0-103.0	мкг/см3	2.50-2.70	A

* при доверительной вероятности 0.95

*** A - абсолютная, O - относительная.