

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**
(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 04.06.2019 г.

Номер ГСО по Госреестру СО: ГСО 5269-90

Количество СО в комплекте: 1

Наименование СО: СО СОСТАВА МЕЛА ХИМИЧЕСКИ ОСАЖДЕННОГО
Назначение СО:

СО предназначен для контроля правильности результатов измерения состава химически осажденного мела (ГОСТ 8253-79).

Номер свидетельства (сертификата): 0

Действителен до: 01.03.1995

Описание СО:

СО изготовлен в виде порошка, расфасованного в стеклянные банки вместимостью 250 см³, 500 см³ и 1000 см³.

Страна изготовитель ГСО: Украина

Изготовитель(и):
ХНПО "КАРБОНАТ"

Страна-импортер:

Организация-импортер:

Форма выпуска (ввоза): серийное повторяющимися партиями

Способ установления аттестованного значения: межлабораторный эксперимент

Срок годности экземпляра СО: 3 года

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование аттестуемой характеристики:

массовая доля элементов, %

Индекс СО	Аттестованная характеристика	Аттестованное значение	Единица величины	Границы погрешности $\pm\Delta^*$	***
01	Са и Mg в пересчете на СаСО ₃	95.6-100.5	%	0.50	А
01	Са в пересчете на	95.5-99.0	%	0.50	А

	CaCO ₃				
01	Mg	0.05-1.2	%	0.008-0.12	A
01	Fe общ. в пересчете на Fe ₂ O ₃	0.03-0.4	%	0.015-0.04	A
01	Al в пересчете на Al ₂ O ₃	0.01-0.4	%	0.005-0.04	A
01	Полуторные окислы Fe и Al	0.04-0.8	%	0.02-0.08	A
01	Вещества нерастворимые в HCl	0.01-0.3	%	0.005-0.06	A
01	SiO ₂	0.01-0.3	%	0.005-0.06	A
01	Mn	0.001-0.015	%	0.0004-0.002	A
01	Вещества нерастворимые в H ₂ O	0.01-0.7	%	0.003-0.14	A

* при доверительной вероятности 0.95

*** А - абсолютная, О - относительная.