

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**

(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 04.06.2019 г.

Номер ГСО по Госреестру СО: ГСО 5268-90

Количество СО в комплекте: 1

Наименование СО: СО СОСТАВА УКСУСНОЙ КИСЛОТЫ

Назначение СО:

СО предназначен для измерений состава уксусной кислоты (ГОСТ 19814-74, ГОСТ 61-75, ГОСТ 6968-76, ГОСТ 18270-72) методом сравнения, для аттестации методик выполнения измерений массовой доли уксусной кислоты и других кислот с рК меньше 5, для градуировки хроматографов и для контроля правильности результатов измерений состава уксусной кислоты.

Номер свидетельства (сертификата): 0

Действителен до: 01.03.1993

Описание СО:

СО представляет собой уксусную кислоту 1-го сорта (ГОСТ 19814-74), помещенную в стеклянные ампулы по 15 смЗ.

Страна изготовитель ГСО: Украина

Изготовитель(и):

БОРИСЛАВ.Ф-Л ГОСНИИХЛОРПРОЕКТ

Страна-импортер:

Организация-импортер:

БОРИСЛАВ.Ф-Л ГОСНИИХЛОРПРОЕКТ

Форма выпуска (ввоза): единичное

Способ установления аттестованного значения: применение аттестованных методик измерений

Срок годности экземпляра СО: 3 года с последующей проверкой стабильности

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование аттестуемой характеристики:

массовая доля уксусной кислоты, %

Индекс СО	Аттестованная характеристика	Аттестованное значение	Единица величины	Границы погрешности $\pm\Delta^*$	***
01	Муравьиная кислота	(0.034)	%		
01	Уксусная кислота	99.7	%	0.09	А

* при доверительной вероятности 0.95

*** А - абсолютная, О - относительная.