

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**

(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 04.06.2019 г.

Номер ГСО по Госреестру СО: ГСО 5266-90

Количество СО в комплекте: 1

Наименование СО: СО ОПТИЧЕСКОЙ ПЛОТНОСТИ (РАСТВОР
ПЕРОКСОТИТАНОВОГО СУЛЬФАТА)

Назначение СО:

СО предназначен для поверки и аттестации спектрофотометров типов СФ-16, СФ-46 и фотоколориметров типов ФЭК-60, КФК-2 по шкале оптической плотности в видимой области спектра при длине оптического пути 1 см.

Номер свидетельства (сертификата): 0

Действителен до: 01.03.2000

Описание СО:

СО изготовлен в виде кислого раствора пероксотитанового сульфата, расфасованного в стеклянные ампулы по 20 см³.

Страна изготовитель ГСО: Россия

Изготовитель(и):

НПО "ВЕКТОР"

Страна-импортер:

Организация-импортер:

Форма выпуска (ввоза): серийное повторяющимися партиями

Способ установления аттестованного значения: применение аттестованных методик измерений

Срок годности экземпляра СО: 1 год

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование аттестуемой характеристики:

оптическая плотность раствора, б/р величина

Индекс СО	Аттестованная характеристика	Влияющие величины	Аттестованное значение	Единица величины	Границы погрешности $\pm\delta^*$	***
--------------	---------------------------------	----------------------	---------------------------	---------------------	---	-----

01	Оптическая плотность раствора	в интервале длин волн (370-450) нм через каждые 10 нм относительно раствора сравнения при длине оптического пути 1 см.	0.3-0.5	б/р величина	<1.0	О
----	-------------------------------------	---	---------	-----------------	------	---

* при доверительной вероятности 0.95

*** А - абсолютная, О - относительная.