

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**

(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 04.06.2019 г.

Номер ГСО по Госреестру СО: ГСО 5265-90

Количество СО в комплекте: 1

Наименование СО: СО РАЗМЕРОВ ДЕФЕКТА (СТАЛЬ)

Назначение СО:

СО предназначен для определения порога чувствительности магнито-порошковых дефектоскопов.

Номер свидетельства (сертификата): 0

Действителен до: 01.03.2000

Описание СО:

материал СО представляет собой сталь марки ЭИ962 с азотированием. СО изготовлен в виде пластины длиной (95-130) мм, шириной (30-40) мм и толщиной (3-4) мм.

Страна изготовитель ГСО: Республика Беларусь

Изготовитель(и):

БЕЛАРУССКИЙ ЦСМ

Страна-импортер:

Организация-импортер:

Форма выпуска (ввоза): единичное

Способ установления аттестованного значения: применение аттестованных методик измерений

Срок годности экземпляра СО: повторная аттестация через 1 год

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование аттестуемой характеристики:

глубина, мкм; ширина, мкм; протяженность, мм

Индекс СО	Аттестованная характеристика	Влияющие величины	Аттестованное значение	Единица величины	Границы погрешности $\pm\Delta^*$	***
01	Глубина		200-300	мкм	50	А
01	Ширина		1-0.6	мкм	0.5	А

01	Протяженность		1	мм		А
----	---------------	--	---	----	--	---

* при доверительной вероятности 0.95

*** А - абсолютная, О - относительная.