

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**

(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 04.06.2019 г.

Номер ГСО по Госреестру СО: ГСО 5260-90/5261-90

Количество СО в комплекте: 2

Наименование СО: СО СОСТАВА ВОДНЫХ РАСТВОРОВ ИОНОВ КАЛИЯ (комплект 13М)

Назначение СО:

СО предназначены для градуировки, поверки и аттестации анализаторов биологических жидкостей, контроля правильности результатов аналитических определений ионов металлов в биологических жидкостях, аттестации методик выполнения измерений содержания ионов металлов в биологических жидкостях.

Номер свидетельства (сертификата): 0

Действителен до: 01.05.1996

Описание СО:

комплект состоит из 2 СО, изготовленных в виде водного раствора хлорида калия, расфасованного в стеклянные ампулы по 20 см³.

Страна изготовитель ГСО: Грузия

Изготовитель(и):

НПО "ИСАРИ"

Страна-импортер:

Организация-импортер:

Форма выпуска (ввоза): серийное повторяющимися партиями

Способ установления аттестованного значения: применение аттестованных методик измерений

Срок годности экземпляра СО: 1,5 года

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование аттестуемой характеристики:

молярная концентрация ионов калия, ммоль/дм³

Индекс СО	Аттестованная характеристика	Аттестованное значение	Единица величины	Границы погрешности	***
--------------	---------------------------------	---------------------------	---------------------	------------------------	-----

				$\pm\delta^*$	
13M(1-2)	К - ион	5.0-100.0	ммоль/дм ³	1.0	О

* при доверительной вероятности 0.95

*** А - абсолютная, О - относительная.