

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ  
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**

(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 04.06.2019 г.

**Номер ГСО по Госреестру СО:** ГСО 5258-90/5259-90

Количество СО в комплекте: 2

**Наименование СО:** СО СОСТАВА ВОДНЫХ РАСТВОРОВ ИОНОВ НАТРИЯ (комплект 12М)

**Назначение СО:**

СО предназначены для градуировки, поверки и аттестации анализаторов биологических жидкостей, контроля правильности результатов аналитических определений ионов металлов в биологических жидкостях, аттестации методик выполнения измерений содержания ионов металлов в биологических жидкостях.

**Номер свидетельства (сертификата):** 0

Действителен до: 01.05.1996

**Описание СО:**

комплект состоит из 2 СО, изготовленных в виде водного раствора хлорида натрия, расфасованного в стеклянные ампулы по 20 см<sup>3</sup>.

**Страна изготовитель ГСО:** Грузия

**Изготовитель(и):**

НПО "ИСАРИ"

**Страна-импортер:**

**Организация-импортер:**

**Форма выпуска (ввоза):** серийное повторяющимися партиями

**Способ установления аттестованного значения:** применение аттестованных методик измерений

**Срок годности экземпляра СО:** 1,5 года

**НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

**Наименование аттестуемой характеристики:**

молярная концентрация ионов натрия, ммоль/дм<sup>3</sup>

| Индекс<br>СО | Аттестованная<br>характеристика | Аттестованное<br>значение | Единица<br>величины | Границы<br>погрешности | *** |
|--------------|---------------------------------|---------------------------|---------------------|------------------------|-----|
|--------------|---------------------------------|---------------------------|---------------------|------------------------|-----|

|          |          |         |                       |               |   |
|----------|----------|---------|-----------------------|---------------|---|
|          |          |         |                       | $\pm\delta^*$ |   |
| 12M(1-2) | Na - ион | 100-140 | ммоль/дм <sup>3</sup> | 1.0           | O |

\* при доверительной вероятности 0.95

\*\*\* А - абсолютная, О - относительная.