

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ  
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**

(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 04.06.2019 г.

**Номер ГСО по Госреестру СО:** ГСО 5220-90

Количество СО в комплекте: 1

**Наименование СО:** СО СОСТАВА РАСТВОРА ИОНОВ КАЛИЯ

**Назначение СО:**

СО предназначен для градуировки, аттестации, поверки аналитических приборов (пламенный фотометр, спектрофотометров) и контроля правильности результатов анализа различных типов вод на аттестованный элемент пламенно-фотометрическим и спектрофотометрическим методами.

**Номер свидетельства (сертификата):** 0

**Действителен до:** 01.03.2000

**Описание СО:**

СО изготовлен в виде водного раствора KCl (ТУ 6-09-3678-74), расфасованного в стеклянные ампулы по 6 см<sup>3</sup>.

**Страна изготовитель ГСО:** Украина

**Изготовитель(и):**

ФХИ АН УКРАИНЫ

**Страна-импортер:**

**Организация-импортер:**

**Форма выпуска (ввоза):** серийное непрерывное

**Способ установления аттестованного значения:** применение аттестованных методик измерений

**Срок годности экземпляра СО:** 5 лет

**НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

**Наименование аттестуемой характеристики:**

массовая концентрация ионов калия, мг/см<sup>3</sup>

| Индекс<br>СО | Аттестованная<br>характеристика | Аттестованное<br>значение | Единица<br>величины | Границы<br>погрешности<br>$\pm\delta^*$ | *** |
|--------------|---------------------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------------------------|-----|
|--------------|---------------------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------------------------|-----|

|    |         |           |        |     |   |
|----|---------|-----------|--------|-----|---|
| 01 | К - ион | 0.95-1.05 | мг/см3 | 1.0 | О |
|----|---------|-----------|--------|-----|---|

\* при доверительной вероятности 0.95

\*\*\* А - абсолютная, О - относительная.