

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**
(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 04.06.2019 г.

Номер ГСО по Госреестру СО: ГСО 5203-90/5205-90

Количество СО в комплекте: 3

Наименование СО: СО СОСТАВА ВОДНЫХ РАСТВОРОВ ИОНОВ НАТРИЯ И КАЛИЯ
(комплект 15М)

Назначение СО:

СО предназначены для поверки, градуировки и аттестации пламенных фотометров и ионоселективных анализаторов, используемых для контроля работоспособности аппаратуры для внепочечного очищения крови ("искусственная почка").

Номер свидетельства (сертификата): 0

Действителен до: 01.05.1996

Описание СО:

СО представляют собой водные растворы хлоридов натрия и калия. СО фасуются в стеклянные ампулы по (5±0,5) мл.

Страна изготовитель ГСО: Грузия

Изготовитель(и):

НПО "ИСАРИ"

Страна-импортер:

Организация-импортер:

Форма выпуска (ввоза): единичное

Способ установления аттестованного значения: расчетно-экспериментальный

Срок годности экземпляра СО: 1,5 года

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование аттестуемой характеристики:

молярная концентрация ионов натрия и калия, ммоль/дм³ (при температуре (20±0.05) град. Цельсия)

Индекс СО	Аттестованная характеристика	Аттестованное значение	Единица величины	Границы погрешности ±δ*	***
--------------	---------------------------------	---------------------------	---------------------	-------------------------------	-----

01	К - ион	2	ммоль/дм ³	1.0	О
02	К - ион	5	ммоль/дм ³	1.0	О
03	К - ион	8	ммоль/дм ³	1.0	О
01	Na - ион	120	ммоль/дм ³	1.0	О
02	Na - ион	140	ммоль/дм ³	1.0	О
03	Na - ион	160	ммоль/дм ³	1.0	О

* при доверительной вероятности 0.95

*** А - абсолютная, О - относительная.