

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**

(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 04.06.2019 г.

Номер ГСО по Госреестру СО: ГСО 5193-90/5197-90

Количество СО в комплекте: 5

Наименование СО: СО СОСТАВА ВОДНЫХ РАСТВОРОВ ИОНОВ РТУТИ (комплект 16)

Назначение СО:

СО предназначены для градуировки, поверки и аттестации анализаторов ртути, основанных на беспламенной (метод холодного пара) атомно-абсорбционной спектрофотометрии, инверсионной вольтамперометрии, для контроля правильности результатов анализа водных проб на содержание ионов ртути.

Номер свидетельства (сертификата): 0

Действителен до: 01.03.1995

Описание СО:

комплект состоит из 5 СО водных растворов нитрата ртути, расфасованных в стеклянные ампулы по 20 см³.

Страна изготовитель ГСО: Грузия

Изготовитель(и):

НПО "ИСАРИ"

Страна-импортер:

Организация-импортер:

Форма выпуска (ввоза): серийное повторяющимися партиями

Способ установления аттестованного значения: применение аттестованных методик измерений

Срок годности экземпляра СО: 1 год

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование аттестуемой характеристики:

молярная концентрация ионов ртути, ммоль/дм³

Индекс СО	Аттестованная характеристика	Аттестованное значение	Единица величины	Границы погрешности	***
--------------	---------------------------------	---------------------------	---------------------	------------------------	-----

				$\pm\delta^*$	
16	Hg (II) - ион	1xE-5 - 1xE-3	ммоль/дм3	1.0	O

* при доверительной вероятности 0.95

*** А - абсолютная, О - относительная.