

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**

(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 04.06.2019 г.

Номер ГСО по Госреестру СО: ГСО 5158-90

Количество СО в комплекте: 1

Наименование СО: СО ОТКРЫТОЙ ПОРИСТОСТИ (КОРУНД) 301

Назначение СО:

СО предназначены для контроля правильности результатов измерений открытой пористости горных пород, огнеупорных изделий и строительных материалов.

Номер свидетельства (сертификата): 0

Действителен до: 01.03.1996

Описание СО:

СО изготовлен в виде цилиндра объемом (20-35) см³ из корунда с содержанием Al₂O₃ не менее 85 % и TiO₂ не более 1,5 %.

Страна изготовитель ГСО: Украина

Изготовитель(и):

УкрНИИ ОГНЕУПОРОВ

Страна-импортер:

Организация-импортер:

Форма выпуска (ввоза): единичное

Способ установления аттестованного значения: применение аттестованных методик измерений

Срок годности экземпляра СО: 6 лет

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование аттестуемой характеристики:

открытая пористость, %

Индекс СО	Аттестованная характеристика	Влияющие величины	Аттестованное значение	Единица величины	Границы погрешности $\pm\Delta^*$	***
01	Открытая пористость		1-5	%	0.5	А

* при доверительной вероятности 0.95

*** А - абсолютная, О - относительная.