

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**

(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 04.06.2019 г.

Номер ГСО по Госреестру СО: ГСО 5152-90/5154-90

Количество СО в комплекте: 3

Наименование СО: СО СОСТАВА КАЛИЯ ХЛОРИСТОГО ФЛОТАЦИОННОГО
МАРКИ "ГРАНУЛИРОВАННЫЙ" (комплект 4)

Назначение СО:

СО предназначены для градуировки и поверки бэ́та-концентра́томера калия "Блик", комплектов радиометрической аппаратуры или аналогичных приборов, служащих для измерения массовой доли калия (в пересчете на КСl или К2О) в калии хлористом марки "гранулированный" (ГОСТ 4568-83), для контроля правильности результатов радиометрических измерений.

Номер свидетельства (сертификата): 0

Действителен до: 01.03.1995

Описание СО:

комплект состоит из трех образцов. СО изготовлены в виде порошка, расфасованного в полиэтиленовые банки по 1500 г.

Страна изготовитель ГСО: Россия

Изготовитель(и):

УФ ВНИИГАЛУРГИИ

Страна-импортер:

Организация-импортер:

Форма выпуска (ввоза): единичное

Способ установления аттестованного значения: межлабораторный эксперимент

Срок годности экземпляра СО: 5 лет

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование аттестуемой характеристики:

массовая доля калия в пересчете на КСl и К2О, %

Индекс СО	Аттестованная характеристика	Аттестованное значение	Единица величины	Границы погрешности	***
--------------	---------------------------------	---------------------------	---------------------	------------------------	-----

				$\pm\Delta^*$	
01	K2O	58.78	%	0.09	A
02	K2O	60.55	%	0.09	A
03	K2O	61.27	%	0.08	A
01	KCl	93.03	%	0.14	A
02	KCl	95.84	%	0.14	A
03	KCl	96.98	%	0.13	A

* при доверительной вероятности 0.95

*** А - абсолютная, О - относительная.