

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**

(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 04.06.2019 г.

Номер ГСО по Госреестру СО: ГСО 5147-90/5148-90

Количество СО в комплекте: 2

Наименование СО: СО СОСТАВА КАЛИЯ ХЛОРИСТОГО ГАЛУРГИЧЕСКОГО
МАРКИ "ГРАНУЛИРОВАННЫЙ" (комплект 2)

Назначение СО:

СО предназначены для градуировки и поверки бэта-концентраметра калия "Блик" при измерениях массовой доли калия (в пересчете на KCl или K₂O) в гранулированном калии (ГОСТ 4563-83) и для контроля правильности результатов радиометрических измерений.

Номер свидетельства (сертификата): 0

Действителен до: 01.03.1995

Описание СО:

комплект состоит из двух образцов. СО изготовлены в виде гранул крупностью 1...7 мм, расфасованных в полиэтиленовые банки по 1500 г.

Страна изготовитель ГСО: Россия

Изготовитель(и):

УФ ВНИИГАЛУРГИИ

Страна-импортер:

Организация-импортер:

Форма выпуска (ввоза): единичное

Способ установления аттестованного значения: межлабораторный эксперимент

Срок годности экземпляра СО: 5 лет

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование аттестуемой характеристики:

массовая доля калия в пересчете на KCl и K₂O, %

Индекс СО	Аттестованная характеристика	Аттестованное значение	Единица величины	Границы погрешности $\pm \Delta^*$	***
--------------	---------------------------------	---------------------------	---------------------	--	-----

01	K ₂ O	59.69	%	0.11	A
02	K ₂ O	61.15	%	0.10	A
01	KCl	89.73	%	0.18	A
02	KCl	96.78	%	0.16	A

* при доверительной вероятности 0.95

*** А - абсолютная, О - относительная.