

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**

(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 04.06.2019 г.

Номер ГСО по Госреестру СО: ГСО 4464-90П

Количество СО в комплекте: 1

Наименование СО: СО СОСТАВА СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ТИПА 20 (У15-2)

Назначение СО:

СО предназначен для контроля правильности результатов анализа углеродистых сталей (ГОСТ 1050-74, ГОСТ 803-81, ГОСТ 380-71).

Номер свидетельства (сертификата): 0

Действителен до: 01.03.2000

Описание СО:

СО изготовлен из стали углеродистой типа 20 в виде измельченной стружки, расфасованной в стеклянные банки по 250 г.

Страна изготовитель ГСО: Россия

Изготовитель(и):

ИСО ЦНИИЧМ

Страна-импортер:

Организация-импортер:

Форма выпуска (ввоза): единичное

Способ установления аттестованного значения: межлабораторный эксперимент

Срок годности экземпляра СО: 10 лет

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование аттестуемой характеристики:

массовая доля серы, %

Индекс СО	Аттестованная характеристика	Аттестованное значение	Единица величины	Границы погрешности $\pm \Delta^*$	***
01	S	0.0184	%	0.0005	A

* при доверительной вероятности 0.95

*** А - абсолютная, О - относительная.