

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ  
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**  
(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 01.07.2019 г.

**Номер ГСО по Госреестру СО:** ГСО 2434-90П

Количество СО в комплекте: 1

**Наименование СО:** СО СОСТАВА БАРИЯ ХЛОРИСТОГО ТЕХНИЧЕСКОГО  
**Назначение СО:**

СО предназначен для контроля правильности результатов измерений состава бария хлористого технического по ГОСТ 742-78.

**Номер свидетельства (сертификата):** 0

**Действителен до:** 01.09.1997

**Описание СО:**

материал СО изготовлен из бария хлористого технического по ГОСТ 742-78. СО изготовлен в виде порошка, расфасованного в стеклянные банки по 250 г.

**Страна изготовитель ГСО:** Украина

**Изготовитель(и):**

ХНПО "КАРБОНАТ"

**Страна-импортер:**

**Организация-импортер:**

**Форма выпуска (ввоза):** серийное повторяющимися партиями

**Способ установления аттестованного значения:** межлабораторный эксперимент

**Срок годности экземпляра СО:** 7 лет

**НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

**Наименование аттестуемой характеристики:**

массовая доля компонентов (в высушенном при 150±10 град. Цельсия материале), %

Индекс СО	Аттестованная характеристика	Аттестованное значение	Единица величины	Границы погрешности ±Δ*	***
01	BaCl <sub>2</sub> в пересчете на BaCl <sub>2</sub>	96.0-99.5	%	0.15	A
01	Na	0.10-0.25	%	0.02	A

01	Ca	0.02-0.20	%	0.02	A
01	Fe	0.0005-0.0050	%	0.0003	A

\* при доверительной вероятности 0.95

\*\*\* А - абсолютная, О - относительная.