

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ  
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**  
(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 04.06.2019 г.

**Номер ГСО по Госреестру СО:** ГСО 1882-90П

Количество СО в комплекте: 1

**Наименование СО:** СО СОСТАВА МАГНИЯ ПЕРВИЧНОГО ТИПА Мг 90

**Назначение СО:**

СО предназначен для контроля правильности результатов анализа магния (ГОСТ 804-72).

**Номер свидетельства (сертификата):** 0

**Действителен до:** 01.03.2000

**Описание СО:**

СО изготовлен в виде гранул, расфасованных в стеклянные банки по 100 г.

**Страна изготовитель ГСО:** Украина

**Изготовитель(и):**

Институт титана

**Страна-импортер:**

**Организация-импортер:**

**Форма выпуска (ввоза):** единичное

**Способ установления аттестованного значения:** межлабораторный эксперимент

**Срок годности экземпляра СО:** 10 лет

**НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

**Наименование аттестуемой характеристики:**

массовая доля элементов, %

Индекс СО	Аттестованная характеристика	Аттестованное значение	Единица величины	Границы погрешности $\pm\Delta^*$	***
01	Fe	0.030	%	0.001	A
01	Si	0.0034	%	0.0004	A
01	Ni	0.00081	%	0.00009	A
01	Cu	0.00057	%	0.00007	A

01	Al	0.0215	%	0.0015	A
01	Mn	0.0019	%	0.0002	A
01	Ti	0.00099	%	0.00008	A

\* при доверительной вероятности 0.95

\*\*\* А - абсолютная, О - относительная.