

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ  
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**  
(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 04.06.2019 г.

**Номер ГСО по Госреестру СО:** ГСО 1572-90П

Количество СО в комплекте: 1

**Наименование СО:** СО СОСТАВА СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ТИПА 10 (У1д)  
**Назначение СО:**

СО предназначен для контроля правильности результатов анализа углеродистых сталей (ГОСТ 1050-74).

**Номер свидетельства (сертификата):** 0

**Действителен до:** 01.03.2000

**Описание СО:**

СО изготовлен из стали углеродистой типа 10 в виде измельченной стружки, расфасованной в стеклянные банки по 300 г.

**Страна изготовитель ГСО:** Россия

**Изготовитель(и):**  
ИСО ЦНИИЧМ

**Страна-импортер:**

**Организация-импортер:**

**Форма выпуска (ввоза):** единичное

**Способ установления аттестованного значения:** межлабораторный эксперимент

**Срок годности экземпляра СО:** 10 лет

**НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

**Наименование аттестуемой характеристики:**

массовая доля элементов, %

Индекс СО	Аттестованная характеристика	Аттестованное значение	Единица величины	Границы погрешности $\pm\Delta^*$	***
01	C	0.119	%	0.001	A
01	Mn	0.489	%	0.004	A
01	Si	0.175	%	0.002	A

01	S	0.0273	%	0.0005	A
01	P	0.0139	%	0.0004	A
01	Ni	0.083	%	0.001	A
01	Cr	0.125	%	0.002	A
01	Cu	0.122	%	0.002	A
01	N	0.0079	%	0.0002	A

\* при доверительной вероятности 0.95

\*\*\* А - абсолютная, О - относительная.