

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**

(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 08.07.2019 г.

Номер ГСО по Госреестру СО: ГСО 6348-92

Количество СО в комплекте: 1

Наименование СО: СО УДЕЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТИ (КАТАЛИЗАТОРЫ), комплект
Назначение СО:

СО предназначен для градуировки и аттестации средств измерения удельной поверхности катализаторов, адсорбентов, носителей катализаторов и других дисперсных пористых материалов газоадсорбционными методами по адсорбции азота и поверки сорбметра "Цвет-211", имеющего погрешность измерения 10%.

Номер свидетельства (сертификата): 0

Действителен до: 24.03.2002

Описание СО:

СО изготовлен в виде порошка из материала катализатора конверсии газообразных углеводородов (ТУ 113-03-10-20-88), расфасованного в стеклянные ампулы по 5 г. В комплект из 3 СО входят ГСО 6347-92, ГСО 6348-92, ГСО 6349-92.

Страна изготовитель ГСО: Россия

Изготовитель(и):

Институт катализа СО РАН
Центр "Сертимет"

Страна-импортер:

Организация-импортер:

Форма выпуска (ввоза): единичное

Способ установления аттестованного значения: применение аттестованных методик измерений

Срок годности экземпляра СО: 5 лет

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование аттестованной характеристики СО:

удельная поверхность, м²/г

Индекс	Аттестованная	Влияющие	Аттестованное	Единица	Границы	***
--------	---------------	----------	---------------	---------	---------	-----

СО	характеристика	величины	значение	величины	погрешности $\pm\delta^*$	
ГИАП-19	Удельная поверхность		120	м2/г	3	О

* при доверительной вероятности 0.95

*** А - абсолютная, О - относительная.