**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**
(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 08.07.2019 г.

Номер ГСО по Госреестру СО: ГСО 6349-92

Количество СО в комплекте: 1

Наименование СО: СО УДЕЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТИ (КАТАЛИЗАТОРЫ), комплект
Назначение СО:

СО предназначен для калибровки средств измерения и метрологической аттестации методик выполнения измерений удельной поверхности катализаторов, адсорбентов, носителей катализаторов и других дисперсных пористых материалов газоадсорбционными методами по адсорбции азота; поверки (первичной и периодической) установок типа сорбтометр "Цвет-211", газометр ГХ-1.

Номер свидетельства (сертификата): 0

Действителен до: 24.03.2002

Описание СО:

СО изготовлен на основе оксида алюминия активного марки АОА-1 по ГОСТ 8136-85, расфасован по 5 г в стеклянные флаконы с герметичной крышкой. В комплект из 3 СО входят ГСО 6347-92, ГСО 6348-92, ГСО 6349-92.

Страна изготовитель ГСО: Россия

Изготовитель(и):

Институт катализа СО РАН
Центр "Сертимет"

Страна-импортер:

Организация-импортер:

Форма выпуска (ввоза): единичное

Способ установления аттестованного значения: применение аттестованных методик измерений

Срок годности экземпляра СО: 8 лет

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование аттестованной характеристики СО:

удельная поверхность, м²/г

Индекс СО	Аттестованная характеристика	Влияющие величины	Аттестованное значение	Единица величины	Границы погрешности $\pm\delta^*$	***
АОА-1	Удельная поверхность		243	м ² /г	2	О

* при доверительной вероятности 0.95

*** А - абсолютная, О - относительная.