**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**

(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 18.06.2019 г.

Номер ГСО по Госреестру СО: ГСО 6350-92/6356-92

Количество СО в комплекте: 7

Наименование СО: СО МАССОВОЙ ДОЛИ ЭЛЕМЕНТОВ В ТВЕРДОЙ МАТРИЦЕ
(ЖЕЛЕЗО) МБЖ 4

Назначение СО:

СО предназначены для поверки селективных гамма-спектрометров типа РСР-3 и РСР-4, выпускаемых в соответствии с ТУ 25-08-619-70.

Номер свидетельства (сертификата): 0

Действителен до: 01.03.1997

Описание СО:

комплект включает 7 СО. СО в виде прямоугольных параллелепипедов размером (160x260x80) мм с выборкой в виде полуцилиндра диаметром 60 мм, ось которого лежит в плоскости грани (160x260) мм параллельно ее длинным сторонам на равном от них расстоянии; СО изготовлены введением соединений элементов в кремнийорганический каучук СКТВ-Щ с наполнителями.

Страна изготовитель ГСО: Украина

Изготовитель(и):

УКРЧЕРМЕТГЕОЛОГИЯ

Страна-импортер:

Организация-импортер:

Форма выпуска (ввоза): единичное

Способ установления аттестованного значения: расчетно-экспериментальный

Срок годности экземпляра СО: 5 лет

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование аттестуемой характеристики:

массовая доля железа, %

Индекс СО	Аттестованная характеристика	Аттестованное значение	Единица величины	Границы погрешности	***
--------------	---------------------------------	---------------------------	---------------------	------------------------	-----

				$\pm\Delta^*$	
01	Fe	5.0	%	0.1	A
02	Fe	10.0	%	0.2	A
03	Fe	16.0	%	0.4	A
04	Fe	24.0	%	0.6	A
05	Fe	32.0	%	0.8	A
06	Fe	40.0	%	0.9	A
07	Fe	46.0	%	1.2	A

* при доверительной вероятности 0.95

*** А - абсолютная, О - относительная.