

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ  
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**

(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 18.06.2019 г.

**Номер ГСО по Госреестру СО:** ГСО 6360-92

Количество СО в комплекте: 1

**Наименование СО:** СО СОСТАВА РУДЫ РТУТНОЙ ЛИСТВЕНИТОВОГО ТИПА (СО РРТ-1)

**Назначение СО:**

СО предназначен для контроля точности результатов измерений массовой доли ртути в ртутных рудах листовенитового типа выполняемых методами 3-ей категории точности по ОСТ 41-08-212-82, для метрологической аттестации методик выполнения измерений.

**Номер свидетельства (сертификата):** 0

**Действителен до:** 30.06.2002

**Описание СО:**

СО представляет собой порошок, расфасованный в банки по 100 г.

**Страна изготовитель ГСО:** Киргизская Республика

**Изготовитель(и):**

Госагентство по геологии и минресурсам Киргизии.ЦЛ

**Страна-импортер:**

**Организация-импортер:**

**Форма выпуска (ввоза):** единичное

**Способ установления аттестованного значения:** межлабораторный эксперимент

**Срок годности экземпляра СО:** 10 лет

**НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

**Наименование аттестуемой характеристики:**

массовая доля ртути (в расчете на воздушно-сухой материал), %

Индекс СО	Аттестованная характеристика	Аттестованное значение	Единица величины	Границы погрешности $\pm\Delta^*$	***
СО РРТ-1	Hg	0.035	%	0.003	A
СО РРТ-1	As	(0.011)	%		

\* при доверительной вероятности 0.95

\*\*\* А - абсолютная, О - относительная.