

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**

(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 18.06.2019 г.

Номер ГСО по Госреестру СО: ГСО 6371-92

Количество СО в комплекте: 1

Наименование СО: СО 2-го РАЗРЯДА СВЕТОВОГО ВЫХОДА
СЦИНТИЛЛЯЦИОННЫХ ДЕТЕКТОРОВ НА ОСНОВЕ МОНОКРИСТАЛЛОВ
ПАРАТЕРФЕНИЛА

Назначение СО:

СО предназначен для аттестации стандартных образцов 3-го разряда.

Номер свидетельства (сертификата): 0

Действителен до: 01.06.2002

Описание СО:

СО представляет собой детектор на основе монокристалла паратерфенила цилиндрической формы размерами: диаметр 40 мм, высота 10 мм, упакованного с иммерсией в металлическом контейнере с входным окном из металлизированной пленки полиэтилентерефталата и выходным стеклянным окном.

Страна изготовитель ГСО: Украина

Изготовитель(и):

НПО "Монокристаллреактив"

Страна-импортер:

Организация-импортер:

Форма выпуска (ввоза): единичное

Способ установления аттестованного значения: использование государственных эталонов единиц величин

Срок годности экземпляра СО: 10 лет с ежегодной повторной аттестацией

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование аттестуемой характеристики:

световой выход, усл. ед.

Индекс СО	Аттестованная характеристика	Влияющие величины	Аттестованное значение	Единица величины	Границы погрешности	***
--------------	---------------------------------	----------------------	---------------------------	---------------------	------------------------	-----

					$\pm\delta^*$	
01	Световой выход		1.5 - 1.8	усл. ед.	6	О

* при доверительной вероятности 0.95

*** А - абсолютная, О - относительная.