

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**

(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 18.06.2019 г.

Номер ГСО по Госреестру СО: ГСО 6387-92/6397-92

Количество СО в комплекте: 11

Наименование СО: СО МАССОВОЙ ДОЛИ ВОЛЬФРАМА В ТВЕРДОЙ МАТРИЦЕ
(комплект СОВ)

Назначение СО:

СО предназначены для поверки и аттестации рентгенорадиометрического анализатора РПП-м2К.

Номер свидетельства (сертификата): 0

Действителен до: 01.06.2002

Описание СО:

комплект включает 12 СО. СО изготовлены в виде дисков диаметром 110 мм, высотой 20 мм, изготовленных из наполнителя и реактива, содержащего вольфрам.

Страна изготовитель ГСО: Россия

Изготовитель(и):

ГНПМП "ИНСЕРТ"

Страна-импортер:

Организация-импортер:

Форма выпуска (ввоза): серийное повторяющимися партиями

Способ установления аттестованного значения: расчетно-экспериментальный

Срок годности экземпляра СО: 5 лет

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование аттестуемой характеристики:

массовая доля вольфрама, %

Индекс СО	Аттестованная характеристика	Аттестованное значение	Единица величины	Границы погрешности $\pm \Delta^*$	***
02	W	0.0030 - 0.0070	%	0.0003	A
03	W	0.0080 - 0.0120	%	0.0017	A

04	W	0.0180 - 0.0220	%	0.0017	A
05	W	0.0480 - 0.0520	%	0.0017	A
06	W	0.0800 - 0.1200	%	0.0817	A
07	W	0.180 - 0.220	%	0.005	A
08	W	0.480 - 0.520	%	0.005	A
09	W	0.800 - 1.200	%	0.017	A
10	W	1.800 - 2.200	%	0.017	A
11	W	4.800 - 5.200	%	0.017	A
12	W	9.80 - 10.20	%	0.02	A

* при доверительной вероятности 0.95

*** А - абсолютная, О - относительная.