

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**

(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 18.06.2019 г.

Номер ГСО по Госреестру СО: ГСО 6411-92

Количество СО в комплекте: 1

Наименование СО: СО СОСТАВА 1,2-ДИХЛОРЕТАНА

Назначение СО:

СО предназначен для градуировки и поверки хроматографической аппаратуры в соответствии с МИ 137-77.

Номер свидетельства (сертификата): 0

Действителен до: 15.12.2002

Описание СО:

материалом СО является дополнительно очищенный дихлорэтан для хроматографии классификации "химически чистый", выпускаемый по ТУ 6-09-2661-78 и расфасованный в стеклянные ампулы по 5 см³.

Страна изготовитель ГСО: Украина

Изготовитель(и):

НПО "Монокристаллреактив"

Страна-импортер:

Организация-импортер:

Форма выпуска (ввоза): серийное повторяющимися партиями

Способ установления аттестованного значения: применение аттестованных методик измерений

Срок годности экземпляра СО: 3 года

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование аттестуемой характеристики:

молярная доля основного вещества, %

Индекс СО	Аттестованная характеристика	Аттестованное значение	Единица величины	Границы погрешности $\pm \Delta^*$	***
01	1,2-дихлорэтан	не менее 99.90	%	0.02	А

* при доверительной вероятности 0.95

*** А - абсолютная, О - относительная.