

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**

(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 18.06.2019 г.

Номер ГСО по Госреестру СО: ГСО 6415-92

Количество СО в комплекте: 6

Наименование СО: СО СОСТАВА РАСТВОРОВ ПЕНТАДЕКАНА (комплект С15-ГХ)

Назначение СО:

СО предназначены для градуировки, метрологической аттестации и поверки газовых хроматографов, для метрологической аттестации методик выполнения измерений методом газовой хроматографии и для газохроматографического измерения состава смесей методом сравнения.

Номер свидетельства (сертификата): 0

Действителен до: 01.12.2002

Описание СО:

комплект состоит из 6 СО, изготовленных из пентадекана и растворителя 2,2,4-триметилпентана. СО расфасованы по 2 мл в запаиваемые стеклянные ампулы.

Страна изготовитель ГСО: Украина

Изготовитель(и):

НПО "Монокристаллреактив"

Страна-импортер:

Организация-импортер:

Форма выпуска (ввоза): серийное повторяющимися партиями

Способ установления аттестованного значения: расчетно-экспериментальный

Срок годности экземпляра СО: 5 лет

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование аттестуемой характеристики:

массовая концентрация пентадекана, мг/л раствора при температуре 20 град. Цельсия

Индекс СО	Аттестованная характеристика	Аттестованное значение	Единица величины	Границы погрешности $\pm\delta^*$	***
С15-ГХ	Пентадекан	18 - 22	мг/л	1.0	О

20					
C15-ГХ 50	Пентадекан	48 - 52	мг/л	1.0	О
C15-ГХ 100	Пентадекан	98 - 102	мг/л	1.0	О
C15-ГХ 200	Пентадекан	198 - 202	мг/л	1.0	О
C15-ГХ 500	Пентадекан	498 - 502	мг/л	1.0	О
C15-ГХ 1000	Пентадекан	998 - 1002	мг/л	1.0	О

* при доверительной вероятности 0.95

*** А - абсолютная, О - относительная.