

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**
(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 18.06.2019 г.

Номер ГСО по Госреестру СО: ГСО 6438-92/6452-92

Количество СО в комплекте: 15

Наименование СО: СО МАССОВОЙ ДОЛИ ЭЛЕМЕНТОВ (РСИ) В ТВЕРДОЙ МАТРИЦЕ

Назначение СО:

СО предназначены для аттестации и поверки рентгеноспектрометрических анализаторов типа СРМ-25, выпускаемых в соответствии с ГОСТ 26753-85 и ТУ 25-7405.001-86.

Номер свидетельства (сертификата): 0

Действителен до: 01.09.1997

Описание СО:

комплект включает 15 СО. СО представляют собой диски диаметром 50 мм, толщиной 20 мм, изготовленные введением соединений элементов в кремнийорганический каучук СКТВ с наполнителем.

Страна изготовитель ГСО: Россия

Изготовитель(и):
ПО "НАУЧПРИБОР"

Страна-импортер:

Организация-импортер:

Форма выпуска (ввоза): единичное

Способ установления аттестованного значения: расчетно-экспериментальный

Срок годности экземпляра СО: 5 лет

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование аттестуемой характеристики:

массовая доля элементов, %

Индекс СО	Аттестованная характеристика	Аттестованное значение	Единица величины	Границы погрешности $\pm\Delta^*$	***
-----------	------------------------------	------------------------	------------------	-----------------------------------	-----

01	Sc	1.00	%	0.02	A
02	Ti	1.00	%	0.05	A
03	Fe	1.00	%	0.02	A
04	Al	1.00	%	0.06	A
05	Ga	1.00	%	0.1	A
06	As	1.00	%	0.04	A
07	Rb	1.00	%	0.05	A
08	Sr	1.00	%	0.15	A
09	Y	1.00	%	0.02	A
10	Sb	1.00	%	0.02	A
11	La	1.00	%	0.06	A
12	Ce	1.00	%	0.07	A
13	Sm	1.00	%	0.04	A
14	Dy	1.00	%	0.06	A
15	Er	1.00	%	0.02	A

* при доверительной вероятности 0.95

*** А - абсолютная, О - относительная.