

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**

(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 18.06.2019 г.

Номер ГСО по Госреестру СО: ГСО 6458-92

Количество СО в комплекте: 1

Наименование СО: СО 2-го РАЗРЯДА СВЕТОВОГО ВЫХОДА
СЦИНТИЛЛЯЦИОННЫХ ДЕТЕКТОРОВ НА ОСНОВЕ МОНОКРИСТАЛЛОВ
ВОЛЬФРАМАТА КАДМИЯ

Назначение СО:

СО предназначен для аттестации стандартных образцов 3-го разряда.

Номер свидетельства (сертификата): 0

Действителен до: 01.09.2002

Описание СО:

СО представляет собой детектор, на основе монокристалла вольфрамата кадмия, цилиндрической формы, диаметром 40 мм и высотой от 20 мм до 50 мм, упакованный в контейнер из фторопласта с отражателем из окиси магния.

Страна изготовитель ГСО: Украина

Изготовитель(и):

НПО "Монокристаллреактив"

Страна-импортер:

Организация-импортер:

Форма выпуска (ввоза): серийное повторяющимися партиями

Способ установления аттестованного значения: использование государственных эталонов единиц величин

Срок годности экземпляра СО: 10 лет с повторной аттестацией через 1 год

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование аттестуемой характеристики:

световой выход, усл. ед.

Индекс СО	Аттестованная характеристика	Влияющие величины	Аттестованное значение	Единица величины	Границы погрешности $\pm\delta^*$	***
--------------	---------------------------------	----------------------	---------------------------	---------------------	---	-----

01	Световой выход		0.6 - 1.2	усл. ед.	6	О
----	----------------	--	-----------	----------	---	---

* при доверительной вероятности 0.95

*** А - абсолютная, О - относительная.