

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ  
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**

(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 18.06.2019 г.

**Номер ГСО по Госреестру СО:** ГСО 6477-92

Количество СО в комплекте: 1

**Наименование СО:** СО СОСТАВА РАСТВОРА ИЗОБУТИЛКСАНТОГЕНАТА КАЛИЯ  
**Назначение СО:**

СО предназначен для градуировки аналитических приборов (спектрофотометров, фотоколориметров и других); контроля точности результатов измерений различных объектов спектрофотометрическим и другими методами.

**Номер свидетельства (сертификата):** 0

**Действителен до:** 01.09.1994

**Описание СО:**

материалом СО является водный раствор синтезированного изобутилксантогената калия, расфасованный в стеклянные ампулы по 6 см<sup>3</sup>.

**Страна изготовитель ГСО:** Украина

**Изготовитель(и):**

СКТБ с ОП ФХИ АН УКРАИНЫ

**Страна-импортер:**

**Организация-импортер:**

**Форма выпуска (ввоза):** единичное

**Способ установления аттестованного значения:** применение аттестованных методик измерений

**Срок годности экземпляра СО:** 2 года

**НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

**Наименование аттестуемой характеристики:**

массовая концентрация изобутилксантогената калия, мг/см<sup>3</sup>

| Индекс<br>СО | Аттестованная<br>характеристика | Аттестованное<br>значение | Единица<br>величины | Границы<br>погрешности<br>$\pm\Delta^*$ | *** |
|--------------|---------------------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------------------------|-----|
| 01           | Изобутилксантогенат             | 1.00                      | мг/см <sup>3</sup>  | 0.01                                    | А   |

|  |       |  |  |  |  |
|--|-------|--|--|--|--|
|  | калия |  |  |  |  |
|--|-------|--|--|--|--|

\* при доверительной вероятности 0.95

\*\*\* А - абсолютная, О - относительная.