

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**

(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 18.06.2019 г.

Номер ГСО по Госреестру СО: ГСО 6480-92

Количество СО в комплекте: 1

Наименование СО: СО СОСТАВА РАСТВОРА ФЕНОЛА

Назначение СО:

СО предназначен для градуировки аналитических приборов (спектрофотометров, фотоколориметров и других); контроля точности результатов измерений различных объектов спектрофотометрическим и другими методами.

Номер свидетельства (сертификата): 0

Действителен до: 01.09.1994

Описание СО:

материалом СО является раствор фенола (ГОСТ 6417-72) в этаноле, расфасованный в стеклянные ампулы по 6 см³.

Страна изготовитель ГСО: Украина

Изготовитель(и):

СКТБ с ОП ФХИ АН УКРАИНЫ

Страна-импортер:

Организация-импортер:

Форма выпуска (ввоза): единичное

Способ установления аттестованного значения: применение аттестованных методик измерений

Срок годности экземпляра СО: 2 года

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование аттестуемой характеристики:

массовая концентрация фенола, мг/см³

Индекс СО	Аттестованная характеристика	Аттестованное значение	Единица величины	Границы погрешности $\pm \Delta^*$	***
01	Фенол	1.00	мг/см ³	0.01	А

* при доверительной вероятности 0.95

*** А - абсолютная, О - относительная.