

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**

(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 18.06.2019 г.

Номер ГСО по Госреестру СО: ГСО 6491-92

Количество СО в комплекте: 1

Наименование СО: СО СОСТАВА СПЛАВА АЛЮМИНИЕВОГО ТИПА АК7 (M1253x)
Назначение СО:

СО предназначен для контроля точности результатов измерений состава сплава типа АК7, выпускаемого по ГОСТ 1583-89.

Номер свидетельства (сертификата): 0

Действителен до: 01.09.1997

Описание СО:

СО изготовлен в виде измельченной стружки, расфасованной в стеклянные банки с герметичной крышкой по 150 г.

Страна изготовитель ГСО: Россия

Изготовитель(и):

ЭЗКС института Гипроцветметобработка

Страна-импортер:

Организация-импортер:

Форма выпуска (ввоза): единичное

Способ установления аттестованного значения: межлабораторный эксперимент

Срок годности экземпляра СО: 5 лет

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование аттестуемой характеристики:

массовая доля элементов, %

Индекс СО	Аттестованная характеристика	Аттестованное значение	Единица величины	Границы погрешности $\pm\Delta^*$	***
01	Mg	0.455	%	0.005	A
01	Si	6.29	%	0.08	A
01	Mn	0.45	%	0.01	A

01	Fe	1.56	%	0.03	A
01	Cu	1.73	%	0.03	A
01	Zn	0.44	%	0.01	A
01	Ni	0.67	%	0.02	A

* при доверительной вероятности 0.95

*** А - абсолютная, О - относительная.