

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**

(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 18.06.2019 г.

Номер ГСО по Госреестру СО: ГСО 6540-92

Количество СО в комплекте: 1

Наименование СО: СО СОСТАВА АЛЮМИНИЯ ФТОРИСТОГО ТЕХНИЧЕСКОГО (N82)

Назначение СО:

СО предназначен для контроля точности результатов измерений, выполняемых по ГОСТ 19181-78, при определении состава алюминия фтористого технического выпускаемого по ТУ 48-5-218-88.

Номер свидетельства (сертификата): 0

Действителен до: 01.12.1997

Описание СО:

СО изготовлен в виде порошка, расфасованного в стеклянные или полиэтиленовые банки по 100 г и 150 г.

Страна изготовитель ГСО: Россия

Изготовитель(и):

Ачинский глиноземный комбинат

Страна-импортер:

Организация-импортер:

Форма выпуска (ввоза): серийное повторяющимися партиями

Способ установления аттестованного значения: межлабораторный эксперимент

Срок годности экземпляра СО: 5 лет

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование аттестуемой характеристики:

массовая доля компонентов, %

Индекс СО	Аттестованная характеристика	Аттестованное значение	Единица величины	Границы погрешности $\pm \Delta^*$	***
01	Al ₂ O ₃ свободн.	15.2	%		

01	AlF3	81.7	%	0.4	A
01	SiO2	0.44	%	0.02	A
01	Fe2O3	0.015	%	0.002	A
01	P2O5	0.050	%	0.005	A
01	Сульфаты	0.61	%	0.08	A
01	Потери массы при прокаливании	0.83	%	0.14	A

* при доверительной вероятности 0.95

*** А - абсолютная, О - относительная.