

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**

(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 18.06.2019 г.

Номер ГСО по Госреестру СО: ГСО 6542-92

Количество СО в комплекте: 1

Наименование СО: СО СОСТАВА ВОДНОГО РАСТВОРА ПИРУВАТА НАТРИЯ
Назначение СО:

СО предназначен для градуировки аналитических приборов (спектрофотометров, фотоэлектроколориметров, биохимических анализаторов и др.), при определении активности ферментов аланинаминотрансферазы и аспартат аминотрансферазы в биологических жидкостях по методу Райтмана-Френкеля.

Номер свидетельства (сертификата): 0

Действителен до: 01.12.1997

Описание СО:

СО изготовлен из очищенного реактива пировиноградной кислоты в виде жидкости. СО расфасован в стеклянные ампулы емкостью 2 см³.

Страна изготовитель ГСО: Россия

Изготовитель(и):
МГП "ЗЕРО-МЕД"

Страна-импортер:

Организация-импортер:

Форма выпуска (ввоза): серийное повторяющимися партиями

Способ установления аттестованного значения: расчетно-экспериментальный

Срок годности экземпляра СО: 6 месяцев

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование аттестуемой характеристики:
молярная концентрация пируват-ионов, моль/дм³

Индекс СО	Аттестованная характеристика	Аттестованное значение	Единица величины	Границы погрешности $\pm \delta^*$	***
01	Пируват-ион	$(1.8-2.2) \times 10^{-3}$	моль/дм ³	2.0	О

* при доверительной вероятности 0.95

*** А - абсолютная, О - относительная.