

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**

(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 18.06.2019 г.

Номер ГСО по Госреестру СО: ГСО 6543-92

Количество СО в комплекте: 1

Наименование СО: СО СОСТАВА РАСТВОРА ДИОКСИНОВ В ТОЛУОЛЕ (ER-DM1)

Назначение СО:

СО предназначен для контроля точности результатов измерений массовых концентраций диоксинов в питьевой воде, источниках водоснабжения, почве и биопробах, в т.ч. при проверке технической компетентности и инспекционном контроле за деятельностью аккредитованных лабораторий.

Номер свидетельства (сертификата): 0

Действителен до: 01.12.1997

Описание СО:

СО представляет собой раствор пяти диоксинов в толуоле, расфасованный в стеклянные ампулы объемом (1...2) см³ по 0,2 см³.

Страна изготовитель ГСО: Россия

Изготовитель(и):

АО "ЭКРОС"

Страна-импортер:

Организация-импортер:

Форма выпуска (ввоза): серийное повторяющимися партиями

Способ установления аттестованного значения: расчетно-экспериментальный

Срок годности экземпляра СО: 3 года

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование аттестуемой характеристики:

массовая концентрация диоксинов в толуоле, мкг/см³

Индекс СО	Аттестованная характеристика	Аттестованное значение	Единица величины	Границы погрешности $\pm\delta^*$	***
01	2,3,7,8-тетрахлордибензо-п-	1	%	12	О

	диоксин (ГХДД)				
01	1,2,3,7,8-пентахлордибензо-п-диоксин (ПХДД)	1	%	12	О
01	1,2,3,4,7,8-гексахлордибензо-п-диоксин (ГкХДД)	5	%	12	О
01	1,2,3,4,6,7,8-гептахлордибензо-п-диоксин (ГХДД)	10	%	12	О
01	1,2,3,4,6,7,8,9-октахлордибензо-п-диоксин (ОХДД)	20	%	12	О

* при доверительной вероятности 0.95

*** А - абсолютная, О - относительная.