

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**
(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 18.06.2019 г.

Номер ГСО по Госреестру СО: ГСО 6084-93П

Количество СО в комплекте: 1

Наименование СО: СО СОСТАВА РАСТВОРА ИОНОВ ЦИНКА (II)

Назначение СО:

СО предназначен для градуировки аналитических приборов и контроля показателей точности измерений при определении содержания ионов цинка (II) в поверхностных и сточных водах.

Номер свидетельства (сертификата): 0

Действителен до: 01.11.1998

Описание СО:

материал СО представляет собой раствор, содержащий ионы цинка (II), расфасованный в стеклянные ампулы по 6 см³.

Страна изготовитель ГСО: Россия

Изготовитель(и):

ГНПМП "ИНСЕРТ"

Страна-импортер:

Организация-импортер:

Форма выпуска (ввоза): серийное повторяющимися партиями

Способ установления аттестованного значения: межлабораторный эксперимент

Срок годности экземпляра СО: 3 года

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование аттестуемой характеристики:

массовая концентрация ионов цинка (II), мг/см³

Индекс СО	Аттестованная характеристика	Аттестованное значение	Единица величины	Границы погрешности $\pm \delta^*$	***
01	Zn (II) - ион	0.95-1.05	мг/см ³	1	О

* при доверительной вероятности 0.95

*** А - абсолютная, О - относительная.