

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**

(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 18.06.2019 г.

Номер ГСО по Госреестру СО: ГСО 6579-93

Количество СО в комплекте: 1

Наименование СО: СО СОСТАВА РАСТВОРА НИКЕЛЕВОГО ЭЛЕКТРОЛИТА
(ГСОРЭН-2)

Назначение СО:

СО предназначен для контроля показателей точности измерений, выполняемых по
СТП 0401.14.15-12-238-84, СТП 0401.14.15-12-7-85, СТП 0401.14.35-12-20-86, СТП
0401.14.35-12-159-89, СТП 0401.14.35-12-19-85 и аттестованным МВИ для определения
состава никелевых электролитов (ГОСТ 9.305-84).

Номер свидетельства (сертификата): 0

Действителен до: 01.03.1996

Описание СО:

материал СО представляет собой раствор реактивов в бидистиллированной воде,
расфасованный в стеклянные ампулы по 6 см³.

Страна изготовитель ГСО: Украина

Изготовитель(и):

СКТБ с ОП ФХИ АН УКРАИНЫ

Страна-импортер:

Организация-импортер:

Форма выпуска (ввоза): серийное повторяющимися партиями

Способ установления аттестованного значения: применение аттестованных методик
измерений

Срок годности экземпляра СО: 3 года

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование аттестуемой характеристики:

массовая концентрация ионов металлов, мг/см³

Индекс СО	Аттестованная характеристика	Аттестованное значение	Единица величины	Границы погрешности	***
--------------	---------------------------------	---------------------------	---------------------	------------------------	-----

				$\pm\delta^*$	
ГСОРЭН-2	Ni (II) - ион	60.00	мг/см3	0.3	O
ГСОРЭН-2	F - ион	0.50	мг/см3	3	O
ГСОРЭН-2	Co (II) - ион	0.20	мг/см3	3	O
ГСОРЭН-2	Cu (II) - ион	1.00	мг/см3	3	O

* при доверительной вероятности 0.95

*** А - абсолютная, О - относительная.