

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**

(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 18.06.2019 г.

Номер ГСО по Госреестру СО: ГСО 7028-93/7029-93

Количество СО в комплекте: 2

Наименование СО: СО СОСТАВА ВОДНЫХ РАСТВОРОВ ИОНОВ ЛИТИЯ (комплект № 1)

Назначение СО:

СО предназначен для градуировки, метрологической аттестации, поверки (первичной и периодической) средств измерений по ГОСТ 22729-84 и контроля показателей точности измерений, выполняемых по МВИ при определении состава жидких проб.

Номер свидетельства (сертификата): 0

Действителен до: 01.09.2003

Описание СО:

комплект состоит из 2 СО, упакованных в запаянные стеклянные ампулы.

Страна изготовитель ГСО: Украина

Изготовитель(и):

СКТБ с ОП ФХИ АН УКРАИНЫ

Страна-импортер:

Организация-импортер:

Форма выпуска (ввоза): серийное повторяющимися партиями

Способ установления аттестованного значения: применение аттестованных методик измерений

Срок годности экземпляра СО: 3 года

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование аттестуемой характеристики:

массовая концентрация ионов лития, мг/дм³

Индекс СО	Аттестованная характеристика	Аттестованное значение	Единица величины	Границы погрешности $\pm\delta^*$	***
	Li - ион	20 - 40	мг/дм ³	2	О

* при доверительной вероятности 0.95

*** А - абсолютная, О - относительная.