

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**

(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 18.06.2019 г.

Номер ГСО по Госреестру СО: ГСО 7060-93/7062-93

Количество СО в комплекте: 3

Наименование СО: СО СОСТАВА ВОДНЫХ РАСТВОРОВ ИОНОВ НИКЕЛЯ (комплект № 14)

Назначение СО:

СО предназначены для градуировки, метрологической аттестации, поверки (первичной и периодической) по ГОСТ 22729-84 и контроля показателей точности измерений, выполняемых по МВИ при определении состава жидких проб.

Номер свидетельства (сертификата): 0

Действителен до: 01.09.2003

Описание СО:

комплект состоит из 3 СО, изготовленных на основе водного раствора, содержащего ионы никеля (II), упакованных в запаянные стеклянные ампулы по 6 см³.

Страна изготовитель ГСО: Украина

Изготовитель(и):

СКТБ с ОП ФХИ АН УКРАИНЫ

Страна-импортер:

Организация-импортер:

Форма выпуска (ввоза): серийное повторяющимися партиями

Способ установления аттестованного значения: применение аттестованных методик измерений

Срок годности экземпляра СО: 3 года

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование аттестуемой характеристики:

массовая концентрация ионов никеля, мг/см³

Индекс СО	Аттестованная характеристика	Аттестованное значение	Единица величины	Границы погрешности $\pm\delta^*$	***
--------------	---------------------------------	---------------------------	---------------------	---	-----

	Ni (II) - ион	0.05 - 2.00	мг/см3	1.2	О
--	---------------	-------------	--------	-----	---

* при доверительной вероятности 0.95

*** А - абсолютная, О - относительная.