

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**
(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 18.06.2019 г.

Номер ГСО по Госреестру СО: ГСО 7094-93

Количество СО в комплекте: 6

Наименование СО: СО СОСТАВА РАСТВОРОВ ГЛЮКОЗЫ (комплект СОГ)

Назначение СО:

СО предназначен для градуировки спектрофотометров, фотокolorиметров, анализаторов глюкозы типа "ЭКРАН-1" при определении глюкозы в биологических жидкостях.

Номер свидетельства (сертификата): 0

Действителен до: 01.11.1998

Описание СО:

комплект СО состоит из шести образцов. Материал СО представляет собой раствор глюкозы, помещенный в стеклянные флаконы по (10-20) см³ или (100-200) см³ в зависимости от типа средства измерения.

Страна изготовитель ГСО: Россия

Изготовитель(и):

НПАО "МЕДИПОР"

Страна-импортер:

Организация-импортер:

Форма выпуска (ввоза): серийное повторяющимися партиями

Способ установления аттестованного значения: расчетно-экспериментальный

Срок годности экземпляра СО: 1 год

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование аттестуемой характеристики:

молярная концентрация глюкозы, ммоль/л

Индекс СО	Аттестованная характеристика	Аттестованное значение	Единица величины	Границы погрешности $\pm\delta^*$	***
01	Глюкоза	1.0-3.0	ммоль/л	<2.0	О

02	Глюкоза	4.0-6.0	ммоль/л	<2.0	О
03	Глюкоза	9.0-11.0	ммоль/л	<2.0	О
04	Глюкоза	19.0-21.0	ммоль/л	<2.0	О
05	Глюкоза	29.0-31.0	ммоль/л	<2.0	О
06	Глюкоза	39.0-41.0	ммоль/л	<2.0	О

* при доверительной вероятности 0.95

*** А - абсолютная, О - относительная.