

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**
(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 18.06.2019 г.

Номер ГСО по Госреестру СО: ГСО 8014-93

Количество СО в комплекте: 1

Наименование СО: СО СОСТАВА РАСТВОРА ИОНОВ БАРИЯ

Назначение СО:

СО предназначены для градуировки аналитических приборов и контроля показателей точности измерений при определении содержания ионов бария в поверхностных и сточных водах на соответствие их нормам ГОСТ 27384-87.

Номер свидетельства (сертификата): 0

Действителен до: 01.11.1998

Описание СО:

СО расфасованы в маркированные ампулы из белого медицинского стекла вместимостью 10 мл и упакованы в специальные коробки.

Страна изготовитель ГСО: Россия

Изготовитель(и):

ГИЦ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

Страна-импортер:

Организация-импортер:

Форма выпуска (ввоза): серийное повторяющимися партиями

Способ установления аттестованного значения: сравнение со стандартным образцом

Срок годности экземпляра СО: 3 года

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование аттестуемой характеристики:

массовая концентрация ионов бария, мг/см³

Индекс СО	Аттестованная характеристика	Аттестованное значение	Единица величины	Границы погрешности $\pm\delta^*$	***
01	Ва - ион	0.95-1.05	мг/см ³	<2	О

* при доверительной вероятности 0.95

*** А - абсолютная, О - относительная.