

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**

(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 18.06.2019 г.

Номер ГСО по Госреестру СО: ГСО 8022-93

Количество СО в комплекте: 7

Наименование СО: СО МАССЫ БЕРИЛЛИЯ НА АЭРОЗОЛЬНОМ ФИЛЬТРЕ (комплект СОМБ)

Назначение СО:

СО предназначены для метрологической аттестации методик выполнения измерений, поверки радиоакционных средств измерений, контроля показателей точности измерений содержания бериллия в воздухе рабочей зоны по ГОСТ 12.1.005.

Номер свидетельства (сертификата): 0

Действителен до: 01.11.1998

Описание СО:

комплект состоит из семи образцов, изготовленных в виде аналитических аэрозольных фильтров марки АФА по ОСТ 95.10052-84 с нанесенным оксидом бериллия.

Страна изготовитель ГСО: Россия

Изготовитель(и):

ГУП "НИИ ПММ"

Страна-импортер:

Организация-импортер:

Форма выпуска (ввоза): серийное повторяющимися партиями

Способ установления аттестованного значения: расчетно-экспериментальный

Срок годности экземпляра СО: 5 лет

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование аттестуемой характеристики:

масса бериллия на аэрозольном фильтре, мкг

Индекс СО	Аттестованная характеристика	Аттестованное значение	Единица величины	Границы погрешности $\pm\delta^*$	***
01	Be	8-15	мкг	<12	О

02	Be	4-7	мкг	<12	О
03	Be	1.5-2.5	мкг	<12	О
04	Be	0.8-1.5	мкг	<12	О
05	Be	0.4-0.7	мкг	<12	О
06	Be	0.15-0.3	мкг	<12	О
07	Be	0.08-0.15	мкг	<12	О

* при доверительной вероятности 0.95

*** А - абсолютная, О - относительная.