

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**

(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 19.06.2019 г.

Номер ГСО по Госреестру СО: ГСО 6297-91

Количество СО в комплекте: 1

Наименование СО: СО МАССОВОЙ ДОЛИ СВИНЦА ("АЛАТАУ - 3")

Назначение СО:

СО предназначен для аттестации и поверки рентгенорадиометрических приборов, имеющих приведенную погрешность не более 10% отн. и выпускаемых в соответствии с ГОСТ 23035-78 и ГОСТ 22462-77.

Номер свидетельства (сертификата): 0

Действителен до: 01.11.1996

Описание СО:

СО изготовлен из полимерных материалов с добавками соединений элементов и представляет собой полый цилиндр, имеющий внешний диаметр 95 мм, внутренний диаметр 59 мм, высоту не менее 80 мм.

Страна изготовитель ГСО: Республика Казахстан

Изготовитель(и):

НИИСТРОМПРОЕКТ

Страна-импортер:

Организация-импортер:

Форма выпуска (ввоза): серийное повторяющимися партиями

Способ установления аттестованного значения: расчетно-экспериментальный

Срок годности экземпляра СО: 5 лет

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование аттестуемой характеристики:

массовая доля свинца, %

Индекс СО	Аттестованная характеристика	Аттестованное значение	Единица величины	Границы погрешности $\pm \Delta^*$	***
08	Pb	0.90 - 1.10	%	0.06	A

* при доверительной вероятности 0.95

*** А - абсолютная, О - относительная.