

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ  
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**

(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 19.06.2019 г.

**Номер ГСО по Госреестру СО:** ГСО 6296-91

Количество СО в комплекте: 2

**Наименование СО:** СО - ИМИТАТОРЫ СУММАРНОЙ МАССОВОЙ  
КОНЦЕНТРАЦИИ ХОЛЕСТЕРИНА И ТРИГЛИЦЕРИДОВ (комплект ФК)

**Назначение СО:**

СО предназначены для градуировки и поверки флуоресцентных анализаторов типа "Зонд", служащих для определения суммарной массовой концентрации холестерина и триглицеридов (ХС+ТГ) в сыворотке крови человека.

**Номер свидетельства (сертификата):** 0

Действителен до: 01.11.1996

**Описание СО:**

комплект включает 2 СО. СО изготовлены в виде гомогенного раствора органического люминофора, помещенного в прямоугольные ампулы из стекла марки С-52-1, имеющие внешнее поперечное сечение (12.5x12.5) мм, внутреннее (10x10) мм, высоту прямоугольной части (55...65) мм.

**Страна изготовитель ГСО:** Россия

**Изготовитель(и):**

МП "НТЦ ЗОНД"

**Страна-импортер:**

**Организация-импортер:**

**Форма выпуска (ввоза):** серийное повторяющимися партиями

**Способ установления аттестованного значения:** применение аттестованных методик измерений

**Срок годности экземпляра СО:** 1 год

**НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

**Наименование аттестуемой характеристики:**

суммарная массовая концентрация холестерина и триглицеридов (ХС+ТГ) в сыворотке крови человека, мг/дл

| Индекс<br>СО | Аттестованная<br>характеристика | Аттестованное<br>значение | Единица<br>величины | Границы<br>погрешности<br>$\pm\delta^*$ | *** |
|--------------|---------------------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------------------------|-----|
| ФК-1         | Холестетин +<br>Триглицерин     | 200 - 250                 | мг/дл               | 4.1                                     | О   |
| ФК-2         | Холестетин +<br>Триглицерин     | 550 - 650                 | мг/дл               | 4.1                                     | О   |

\* при доверительной вероятности 0.95

\*\*\* А - абсолютная, О - относительная.