

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**

(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 01.07.2019 г.

Номер ГСО по Госреестру СО: ГСО 6288-91/6291-91

Количество СО в комплекте: 4

Наименование СО: СО МАССОВОЙ ДОЛИ ЭЛЕМЕНТОВ (комплект "АЛАТАУ-2")

Назначение СО:

СО предназначены для аттестации и поверки рентгенорадиометрических приборов, имеющих приведенную погрешность не более 10 % отн. и выпускаемых в соответствии с ГОСТ 23035-78 и ГОСТ 22462-77.

Номер свидетельства (сертификата): 0

Действителен до: 01.11.1996

Описание СО:

СО изготовлены из полимерных материалов с добавками соединений элементов и представляют собой полые цилиндры, имеющие внешний диаметр 95 мм, внутренний диаметр 59 мм, высоту не менее 80 мм.

Страна изготовитель ГСО: Республика Казахстан

Изготовитель(и):

НИИСТРОМПРОЕКТ

Страна-импортер:

Организация-импортер:

Форма выпуска (ввоза): единичное

Способ установления аттестованного значения: расчетно-экспериментальный

Срок годности экземпляра СО: 5 лет

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование аттестуемой характеристики:

массовая доля элементов, %

Индекс СО	Аттестованная характеристика	Аттестованное значение	Единица величины	Границы погрешности $\pm \Delta^*$	***
09	Sn	0.45 - 0.55	%	0.03	A

10	Sn	0.90 - 1.10	%	0.06	A
11	Sn	0.90 - 1.10	%	0.06	A
12	Sn	1.5 - 2.5	%	0.2	A
09	Pb	0.90 - 1.10	%	0.06	A
10	Pb	1.5 - 2.5	%	0.1	A
11	Pb	4.5 - 5.5	%	0.3	A
12	Pb	4.5 - 5.5	%	0.3	A

* при доверительной вероятности 0.95

*** А - абсолютная, О - относительная.