

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**

(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 19.06.2019 г.

Номер ГСО по Госреестру СО: ГСО 6276-91

Количество СО в комплекте: 1

Наименование СО: СО СОСТАВА МЕДНОГО КОНЦЕНТРАТА

Назначение СО:

СО предназначен для аттестации методик выполнения измерений содержания аттестованных элементов и контроля точности результатов измерений содержания аттестованных элементов в ренийсодержащей руде и продуктах ее обогащения.

Номер свидетельства (сертификата): 0

Действителен до: 01.11.1996

Описание СО:

СО изготовлен в виде порошка, расфасованного в полиэтиленовые банки или пакеты по 100 г.

Страна изготовитель ГСО: Россия

Изготовитель(и):

ВНИИПИ "МЕХАНОБР"

Страна-импортер:

Организация-импортер:

Форма выпуска (ввоза): единичное

Способ установления аттестованного значения: межлабораторный эксперимент

Срок годности экземпляра СО: 5 лет

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование аттестуемой характеристики:

массовая доля элементов (в расчете на материал, высушенный при 105 град. Цельсия), %, млн-1 (ppm)

Индекс СО	Аттестованная характеристика	Аттестованное значение	Единица величины	Границы погрешности $\pm\Delta^*$	***
01	Cu	38.45	%	0.28	A

01	Zn	0.649	%	0.023	A
01	Pb	2.04	%	0.05	A
01	Ag	624.6	млн-1 (ppm)	9.5	A
01	Re	24.6	млн-1 (ppm)	1.1	A

* при доверительной вероятности 0.95

*** А - абсолютная, О - относительная.