

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**

(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 19.06.2019 г.

Номер ГСО по Госреестру СО: ГСО 6263-91

Количество СО в комплекте: 1

Наименование СО: СО СОСТАВА РАСТВОРА ФОРМАЛЬДЕГИДА

Назначение СО:

СО предназначен для градуировки аналитических приборов (фотоколориметров, спектрофотометров) и контроля правильности результатов анализа различных проб (вод, атмосферного воздуха) на аттестованные компоненты спектрофотометрическим и другими методами.

Номер свидетельства (сертификата): 0

Действителен до: 01.11.2001

Описание СО:

СО изготовлен в виде раствора формалина, расфасованного в стеклянные ампулы по 6 см³.

Страна изготовитель ГСО: Украина

Изготовитель(и):

СКТБ с ОП ФХИ АН УКРАИНЫ

Страна-импортер:

Организация-импортер:

Форма выпуска (ввоза): серийное повторяющимися партиями

Способ установления аттестованного значения: применение аттестованных методик измерений

Срок годности экземпляра СО: 3 года

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование аттестуемой характеристики:

массовая концентрация формальдегида, мг/см³

Индекс СО	Аттестованная характеристика	Аттестованное значение	Единица величины	Границы погрешности $\pm \delta^*$	***
--------------	---------------------------------	---------------------------	---------------------	--	-----

01	Формальдегид	0.95 - 1.05	мг/см ³	< 1.0	О
----	--------------	-------------	--------------------	-------	---

* при доверительной вероятности 0.95

*** А - абсолютная, О - относительная.