

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**

(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 19.06.2019 г.

Номер ГСО по Госреестру СО: ГСО 6262-91

Количество СО в комплекте: 8

Наименование СО: СО МУТНОСТИ (ФОРМАЗИНОВАЯ СУСПЕНЗИЯ) комплект 11
Назначение СО:

СО предназначены для градуировки, аттестации и поверки анализаторов мутности сточных вод.

Номер свидетельства (сертификата): 0

Действителен до: 01.11.1996

Описание СО:

комплект состоит из 8 СО. СО представляют собой растворы формазиновой суспензии, расфасованные в стеклянные бутылки емкостью 0.5 дм³, закрытые полиэтиленовыми пробками, залитые воском.

Страна изготовитель ГСО: Грузия

Изготовитель(и):
НПО "ИСАРИ"

Страна-импортер:

Организация-импортер:

Форма выпуска (ввоза): серийное повторяющимися партиями

Способ установления аттестованного значения: применение аттестованных методик измерений

Срок годности экземпляра СО: 1 год

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование аттестуемой характеристики:

мутность, ЕМ/дм³

Индекс СО	Аттестованная характеристика	Влияющие величины	Аттестованное значение	Единица величины	Границы погрешности $\pm\delta^*$	***
01	Мутность		150.0 - 2600.0	ЕМ/дм ³	2.0	О

02	Мутность		150.0 - 2600.0	ЕМ/дм3	2.0	О
03	Мутность		150.0 - 2600.0	ЕМ/дм3	2.0	О
04	Мутность		150.0 - 2600.0	ЕМ/дм3	2.0	О
05	Мутность		150.0 - 2600.0	ЕМ/дм3	2.0	О
06	Мутность		150.0 - 2600.0	ЕМ/дм3	2.0	О
07	Мутность		150.0 - 2600.0	ЕМ/дм3	2.0	О
08	Мутность		150.0 - 2600.0	ЕМ/дм3	2.0	О

* при доверительной вероятности 0.95

*** А - абсолютная, О - относительная.